



**ul. Słowackiego 18  
87-700 Aleksandrów Kujawski**

tel. centrala (054) 282 80 00, sekretariat (054) 282 80 01

fax. (054) 282 80 02

e-mail: [spzcal@poczta.onet.pl](mailto:spzcal@poczta.onet.pl)



Aleksandrów Kujawski, dnia 10.04.2026 r.

L.dz. P.Sz. / 3084, 3147 /26

Do wszystkich Wykonawców  
postępowania nr: 12/2026  
[www.szpital-aleksandrow.internetdsl.pl](http://www.szpital-aleksandrow.internetdsl.pl)  
[www.ezamowienia.gov.pl](http://www.ezamowienia.gov.pl)

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania 12/2026 w trybie podstawowym na "Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz preparatów do płukania ran i dezynfekcji z podziałem na pakiety" opublikowanego na platformie e-zamowienia dnia 02.04.2026 r. pod numerem 2026/BZP 00183625**

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) wyjaśnia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

#### **Pytanie Nr 1 Do umowy:**

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

#### **Odpowiedź Nr 1**

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

#### **Pytanie Nr 2 Pakiet I, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne w opakowaniu papierowym?

#### **Odpowiedź Nr 2**

Tak.

#### **Pytanie Nr 3 Pakiet I, pozycja 11-12**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania do 3 minut lub 5-6 minut?

#### **Odpowiedź Nr 3**

Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania do 3 minut, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie Nr 4 Dot. pak. 2 poz. 3**

Czy Zamawiający w pak. 2 poz. 3 dopuści: „150cm zwijany przewód połączeniowy w kształcie litery Y z dwoma zaworami zwrotnymi -350PSI ( produkt kompatybilny ze wstrzykiwaczem OptiVantage- autoryzowany przez producenta strzykawki i potwierdzony certyfikatem przedstawionym na żądanie Zamawiającego)”

#### **Odpowiedź Nr 4**

Tak, Zamawiający dopuści.

#### **Pytanie Nr 5 Dot. pak. 2 poz. 4**

Czy Zamawiający w pak. 2 poz. 4 dopuści: „Zwijany niskociśnieniowy przewód połączeniowy 150 cm-3500 PSI ( produkt kompatybilny ze wstrzykiwaczem OptiVantage- autoryzowany przez producenta strzykawki i potwierdzony certyfikatem przedstawionym na żądanie Zamawiającego)”



**ul. Słowackiego 18**  
**87-700 Aleksandrów Kujawski**

tel. centrala (054) 282 80 00, sekretariat (054) 282 80 01

fax. (054) 282 80 02

e-mail: [spzcal@poczta.onet.pl](mailto:spzcal@poczta.onet.pl)



---

### **Odpowiedź Nr 5**

Tak, Zamawiający dopuści.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający informuje, że wszelkie wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.