

Bydgoszcz, dn.05.04.2014 r.

**Protokół z kontroli serologicznej przeprowadzonej w ramach nadzoru merytorycznego
dnia 26.03.2014 r. przez mgr Beatę Barabasz
w Pracowni Serologicznej Laboratorium Analitycznego
Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.**

W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zakres i stosowane metody badań są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Zalecenia pokontrolne przekazane przy okazji poprzedniej kontroli z dnia 28.11.2012 r. zostały zrealizowane.

Dokumentacja badań prowadzona jest prawidłowo.

Stosowane druki skierowań i wyników badań są prawidłowe.

Wyniki badań są autoryzowane przez diagnostów laboratoryjnych.

W pracowni obowiązują aktualne procedury zatwierdzone przez RCKiK.

Prowadzona jest systematyczna walidacja odczynników oraz sprzętu.

Wszystkie osoby pracujące na stanowisku serologicznym posiadają aktualne uprawnienia.

Pracownia bierze udział w programie zewnętrznej oceny jakości.

Zaleca się:

1. Opracować i przesłać do zatwierdzenia procedurę
2. W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 roku zalecane wyposażenie pracowni serologii obejmuje aparaturę do testów mikrokolumnowych, a jeżeli testy mikrokolumnowe nie są stosowane, wirówkę do automatycznego przemywania krwinek w probówkowych testach antyglobulinowych.

00792

mgr BEATA BARABASZ

DIAGNOSTA LABORATORYJNY
specjalista laboratoryjnej
transfuzjologii medycznej